



检测 报告

报告编号: BXJC20240013-1-1

委托单位:	安徽得奇环保科技股份有限公司
检测类型:	委托检测
样品类型:	废水、废气
采样日期:	2024 年 1 月 2 日
分析日期:	2024 年 1 月 2~7 日
报告日期:	2024 年 1 月 16 日



安徽博信检测有限公司

报告说明

- 一、本公司通过省级计量认证，计量授权证书号:221212050634;
 - 二、本报告未加盖公司检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效;
 - 三、本报告无编写人、审核人及授权签字人签字无效;
 - 四、本报告涂改、增删一律无效;
 - 五、未经本公司书面同意，全部及部分复制本报告无效;
 - 六、委托检测的结果及结果判定结论仅代表检测时污染物排放情况;
- 委托方送样检测，仅对所送样品检测结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。

地 址：安徽省宣城市宣州区宣城现代服务业产业园区宣城农副产品批发市场 A2 幢 5-6 号

邮政编码：242000

电 话：0563—3036868

邮 箱：ahbxjc2014@163.com

委托单位信息:

委托单位	安徽得奇环保科技股份有限公司
委托单位地址	郎溪经济开发区金牛西路

样品信息:

废水	
采样点位	废水总排口
样品状态	无颜色、无异味、透明
采样方法	污水监测技术规范 (HJ 91.1-2019)
无组织废气	
采样点位	1○上风向监测点 1#
	2○下风向监测点 2#
	3○下风向监测点 3#
	4○下风向监测点 4#
采样方法	大气污染物无组织排放监测技术导则 (HJ/T 55-2000)

本 页 以 下 空 白

博信检测
34

废水检测结果:

检测点位	检测项目	检测结果	单位
		W24010210-1	
废水总排口	pH 值	7.2	无量纲
	水温	12.5	℃
	总铜	0.166	mg/L
	总锌	<0.009	mg/L
	总镍	<0.05	mg/L
	总银	<0.03	mg/L
	氰化物	<0.004	mg/L
	化学需氧量	102	mg/L
	生化需氧量	32.4	mg/L
	悬浮物	10	mg/L
	石油类	0.72	mg/L
	总氮	45.6	mg/L
	氨氮	9.74	mg/L
	总磷	1.78	mg/L
	总铬	<0.03	mg/L
	六价铬	<0.004	mg/L

本 页 以 下 空 白

无组织废气检测结果：

检测点位	采样批次	样品编号	检测结果			
			臭气浓度			单位
1○上风向监测点 1#	I	K24010210-1-1	<10			无量纲
	II	K24010210-1-2	<10			
	III	K24010210-1-3	<10			
2○下风向监测点 2#	I	K24010210-2-1	<10			
	II	K24010210-2-2	<10			
	III	K24010210-2-3	<10			
3○下风向监测点 3#	I	K24010210-3-1	<10			
	II	K24010210-3-2	<10			
	III	K24010210-3-3	<10			
4○下风向监测点 4#	I	K24010210-4-1	<10			
	II	K24010210-4-2	<10			
	III	K24010210-4-3	<10			
气象参数						
采样日期	采样批次	天气	风向	风速（m/s）	气温（℃）	气压（kpa）
2024 年 1 月 2 日	I	晴	N	1.2	10.2	102.4
	II	晴	N	1.2	15.0	102.1
	III	晴	N	1.1	13.1	102.2

本 页 以 下 空 白

检测依据:

样品类别	检测项目	检测标准（方法）	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991	/
	总镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989	0.05mg/L
	总银	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03mg/L
	总铜		0.006mg/L
	总锌		0.009mg/L
	总铬		0.03mg/L
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	0.004mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989	0.01mg/L
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004mg/L
无组织废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/

本 页 以 下 空 白

检测仪器:

样品类别	检测项目	仪器名称	仪器型号	编号
废水	pH 值	综合水质检测仪	86031	B-65
	水温	棒式玻璃温度计	0℃-50℃	C-54
	总铜	电感耦合等离子体发射光谱仪	Avio 200	A-26
	总锌			
	总铬			
	总银			
	总镍	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	A-01
	氰化物	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	A-25
	化学需氧量	标准 COD 消解器	HCA-102	C-52
	生化需氧量	生化培养箱	LRH-250F	C-66
	悬浮物	电子天平	BSM-220.4	A-14
	石油类	红外分光测油仪	OIL460	A-05
	总氮	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	A-25
	氨氮	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	A-25
	总磷	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	A-06
	六价铬	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	A-06
无组织废气	臭气浓度	/	/	/

以下空白

编制: 张冷冷

审核: 陈承

签发: 周建华

签发日期: 2024.1.16

检测点位图:

